1. AMAÇ

Endodontik Motor cihazının çalıştırılması ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma yoktur.

4. TANIMLAR

Özel bir tanım bulunmamaktadır.

5. SORUMLULAR

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması

6.1.1. Güç tuşuna basılarak cihaz açılır.

6.1.2. Cihazın şarj durumu kontrol edilir, şarj az ise cihaz güç kaynağına takılır.

6.1.3. Kullanılacak eğeye göre program seçimi yapılıp uygun tork ve devir ayarlaması yapılır.

6.1.4. Kanal eğesi cihaza yerleştirilir ve ağız içinde çalıştırılır.

6.1.5. İşlem tamamlandıktan sonra kanal eğesi cihazdan çıkartılır.

6.1.6. Cihaz, güç düğmesine basılarak kapatılır.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı

6.2.1. Teknik servis personeli tarafından Merkezdeki tüm makine ve cihazların Merkez içi bakım tarihlerini gösterir, "Yıllık Peryodik Bakım Planı" hazırlanır. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılması sağlanır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

7.2. Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı

7.3. Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu