1. AMAÇ

Aeratör cihazı çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

Merkez bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma yoktur.

4. TANIMLAR

4.1. Aeratör: Dişin mine tabakasını kaldırmak amacıyla kullanılan döner bıçaklı oldukça hızlı bir şekilde hava veya elektrik ile çalışan cıhazdır.

5. SORUMLULAR

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Cihazın Çalıştırılması

6.1.1. Cihazın ünit üzerinde bulunan sabit güç kablosu takılır.

6.1.2. Aeratör ucuna uygun frez takılır.

6.1.3. Cihazın su bağlantısı kontrol edilir.

6.1.4. Cihazın ayak kumandası kontrol edilir.

6.1.5. Cihazın güç kablosu kontrol edilir.

6.1.6. Ayak pedalı üzerindeki su ayarı düğmesi ile cihazın sulu ya da susuz çalışma ayarı yapılır.

6.1.7. Ayak pedalına basılarak cihaz çalıştırılır.

6.1.8. İşlemden sonra aeratör güç kablosundan çıkarılıp genel temizliği yapılır.

6.1.9. Cihaz sterilizasyon işlemi için yağlama yapıldıktan sonra personel tarafından Sterilizasyon Merkezine gönderilir.

6.2. Cihazın Bakım ve Onarımı:

6.2.1. Merkezdeki tüm makine ve cihazların Merkez içi bakım periyotlarını gösteren, “Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı’na” uygun olarak bakım işlemlerinin yapılması sağlanır.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu tarafından periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazların “Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu’na” göre onarım talepleri ve kalibrasyon faaliyeti sonucunda gerekli bilgiler bu forma işlenir.

6.2.3. Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza Merkez imkanları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

6.3.4. Aylık Bakım:

6.2.4.1. Cihazın genel temizliği yapılır.

6.2.4.2. Cihazın çalışması kontrol edilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

7.1. Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

7.2. Makina ve Cihazların Yıllık Periyodik Bakım Planı

7.3. Cihaz Kontrol ve Bakım Takip Formu